


試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2016-11-07-13:51:16



プロトコル情報

サンプル種類 : まや保育園給食
サンプル情報 : 平成28年11月7日
原産地 :
テスト番号 : 2760
カテゴリ : その他
その他 :

プロトコル名 : 給食
プロトコル情報 :
カテゴリ : その他
容器のタイプ : マリネリピーカー 1L
測定時間(秒) : 600
サンプル重量 : 0.982 kg

核種1 : Cs-137
核種2 : Cs-134
核種3 : K-40
核種4 : I-131
核種5 :
核種6 :


測定結果

核種名	エネルギー(keV)	正味計数(count)	放射能濃度(Bq/kg)	検出限界濃度(Bq/kg)	判定基準	判定	
核種1	Cs-137	662	0	N.D.	7.9	25	合格
核種2	Cs-134	796	0	N.D.	8.7	25	合格
核種3	K-40	1461	0	N.D.	19.8	50	合格
核種4	I-131	365	0	N.D.	5.5	50	合格

試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2016-11-07-15:06:44



プロトコル情報

サンプル種類 : まや保育園牛乳
サンプル情報 : 平成28年11月7日
原産地 : 北海道
テスト番号 : 2765
カテゴリ : 牛乳・乳製品
その他 :

プロトコル名 : 牛乳
プロトコル情報 :
カテゴリ : 牛乳・乳製品
容器のタイプ : マリネリピーカー 1L
測定時間(秒) : 600
サンプル重量 : 0.895 kg

核種1 : Cs-137
核種2 : Cs-134
核種3 : K-40
核種4 : I-131
核種5 :
核種6 :

測定結果

	核種名	エネルギー(keV)	正味計数(count)	放射能濃度(Bq/kg)	検出限界濃度(Bq/kg)	判定基準	判定
核種1	Cs-137	662	0	N.D.	8.6	25	合格
核種2	Cs-134	796	0	N.D.	9.8	25	合格
核種3	K-40	1461	0	N.D.	22.3	50	合格
核種4	I-131	365	0	N.D.	5.5	50	合格